



杭州市质量技术监督检测院



检定证书

证书编号：22000523850 号

送检单位

树兰（杭州）医院有限公司

器具名称

医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源

准确度等级

MPE: $\pm 10\%$

型号 / 规格

SOMATOM Force

出厂编号

75796

制造单位

上海西门子医疗器械有限公司

检定依据

JJG961-2017 《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定规程》

检定结论

合格

批准人

邵磊

核验员

唐云翥

检定员

唐海波

(检定专用章)

检定日期 2022 年 10 月 11 日

有效期至 2023 年 10 月 10 日

计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2018）33001号

地址：杭州市江干区九环路50号

邮编：310019

网址：www.hzzjy.net

电话：0571-85372608



22000523850

证书编号: 22000523850

1. 计量标准考核证书号: [2011]浙量标杭证字第209号

2. 社会公用计量标准证书号: [2011]浙社量标杭证字第209号

3. 检定所使用的主要计量标准器具:

[illegible]

注：检定结果仅对本次所检计量器具有效，证书未加盖检定专用章无效。

委托单号: 2200368

证书编号: 22000523850

检 定 结 果

检定项目	测量值			
图像之间的一致性（HU）	/			
剂量指数（mGy）	头 CTDI _w	腹 CTDI _w	头CTDI _{VOL}	腹CTDI _{VOL}
	35.37	/	35.37	/
均匀性（HU）	0.5			
噪声水平（%）	0.28			
CT值（HU）	水		空气	
	-1.4		-1006.9	
层厚（mm）	标称值	/	/	/
	实测值	/	/	/
空间分辨力（率）（Lp/cm）	客观评价	标准MTF50%	/	
		高分辨MTF50%	/	
	主观评价	标准	5	
		高分辨	8	
低对比分辨力（率）（mm）	对比度1%		对比度0.3%	
	2		6	
剂量指数准确性	0.7 %			