



杭州市质量技术监督检测院



检 定 证 书

证书编号： 21000360333 号

送 检 单 位	树兰（杭州）医院有限公司
器 具 名 称	红外耳温计
准 确 度 等 级	/
型 号 / 规 格	PRO 6000
出 厂 编 号	17020k62342
制 造 单 位	Welch Allyn, Inc
检 定 依 据	JJG 1164-2019 《红外耳温计检定规程》
检 定 结 论	合格

(检定专用章)

批准人 徐慧娟

核验员 章青

检定员 朱振强

检定日期 2021 年 11 月 25 日

有效期至 2022 年 11 月 24 日

计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2018）33001号
地 址：杭州市江干区九环路50号 邮 编：310019
网 址：www.hzzjy.net 电 话：0571-85372608



21000360333

证书编号: 21000360333

1. 计量标准考核证书号：[2021]浙量标杭证字第010号				
2. 社会公用计量标准证书号：[2021]浙社量标杭证字第010号				
3. 检定所使用的主要计量标准器具：				
名称及出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
标准铂电阻温度计 4733	(-189.3442~419.527)℃	二等	上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心 2021E11-20-3102717001	2023-03-31
4. 检定地点 本院301室				
5. 环境条件 温 度：24.4℃ 相对湿度：32% 大气压：/ kPa				

注：检定结果仅对本次所检计量器具有效，证书未加盖检定专用章无效。

委托单号: 2111235969

证书编号: 21000360333

检 定 结 果

1.实验室误差检定结果 单位: °C

温度	实验室误差1	实验室误差2	实验室误差3	最大允许误差
35.0	-0.10	-0.10	-0.10	±0.2
37.0	-0.09	-0.09	-0.09	
41.5	-0.09	-0.09	-0.09	

2.其他项目检定结果

检定项目	检定结果
外观	符合要求
光学系统	符合要求
工作正常性	符合要求
模式提示功能	符合要求

说明:

- 1.检定时被检耳温计处于“测试模式”。
- 2.每次测量更换新的探头保护罩。

以下空白