



杭州市质量技术监督检测院

检定证书

证书编号：23000679411 号

送检单位

树兰（杭州）医院有限公司

器具名称

电子血压计

准确度等级

MPE:±0.5kPa(±4mmHg)

型号/规格

HBP-1300

出厂编号

03062474LF

制造单位

欧姆龙（大连）有限公司

检定依据

JJG 692-2010 《无创自动测量血压计》

检定结论

合格

批准人

邵磊

核验员

黄河

检定员

张丽梅

(检定专用章)

检定日期 2023 年 08 月 02 日

有效期至 2024 年 08 月 01 日



计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2023）33001号

地址：杭州市上城区九环路50号

电话：0571-85372608

备注：



23000679411

证书编号: 23000679411

1. 检定所使用的计量标准装置:				
计量标准名称	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	计量标准证书号	有效期至
无创电子自动血压计 检定装置	(0~40) kPa	0.05级	[2012]浙量标杭证字第 241号	2028-07-02
2. 检定所使用的主要计量标准器具:				
名称及出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
无创血压模拟器 4666009	(0~40) kPa	重复性:0.3kPa	浙江省计量科学研究院 RG- 20220852360	2023-08-25
数字压力表 211H20340021	(0~40)kPa	0.05级	杭州市质量技术监督检测院 23000665164	2024-07-06
3. 检定地点 委托方单位现场设备科				
4. 环境条件	温 度: 23.0 °C 大气压: kPa		相对湿度: 55 %	

注：检定结果仅对本次所检计量器具有效，证书未加盖检定专用章无效。

委托单号: 2300077

证书编号: 23000679411

检 定 结 果

- 1、外观的检查 ☒ 合格 ☐ 不合格
- 2、静态压力测量范围: ☒ 合格 ☐ 不合格

3、静态压力示值误差检定结果 单位: ☐ kPa ☒ mmHg

标准压力值	血压计静态压力示值	静态压力示值误差
0	0	0
50	51	1
100	101	1
150	151	1
200	201	1
260	261	1

4、血压示值重复性检定结果(示波法原理血压计检测项目) 单位: ☐ kPa ☒ mmHg

血压示值重复性		
收缩压	150	1
舒张压	100	1

5、自动放气阀放气速率(听诊法原理血压计检定项目)

检定结果	/ 合格:	/ 不合格:
------	-------	--------

6、气压系统气密性*

检定结果	/ 合格:	/ 不合格:
------	-------	--------

注: 带*表示首次检定需检项目.

以下空白