



杭州市质量技术监督检测院

检定证书

证书编号：23000679414 号

送检单位

树兰（杭州）医院有限公司

器具名称

电子血压计

准确度等级

MPE:±0.5kPa(±4mmHg)

型号/规格

HBP-1300

出厂编号

03062473LF

制造单位

欧姆龙（大连）有限公司

检定依据

JJG 692-2010 《无创自动测量血压计》

检定结论

合格

批准人

邵磊

核验员

黄河

检定员

张丽梅

(检定专用章)

检定日期 2023 年 08 月 02 日

有效期至 2024 年 08 月 01 日



计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2023）33001号

地址：杭州市上城区九环路50号

电话：0571-85372608

备注：



23000679414

证书编号: 23000679414

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|------------|
| 1. 检定所使用的计量标准装置: | | | | |
| 计量标准名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 | 计量标准证书号 | 有效期至 |
| 无创电子自动血压计 检定装置 | (0~40) kPa | 0.05级 | [2012]浙量标杭证字第 241号 | 2028-07-02 |
| 2. 检定所使用的主要计量标准器具: | | | | |
| 名称及出厂编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 | 检定/校准单位 及证书号 | 有效期至 |
| 无创血压模拟器 4666009 | (0~40) kPa | 重复性:0.3kPa | 浙江省计量科学研究院 RG- 20220852360 | 2023-08-25 |
| 数字压力表 211H20340021 | (0~40)kPa | 0.05级 | 杭州市质量技术监督检测院 23000665164 | 2024-07-06 |
| 3. 检定地点 委托方单位现场设备科 | | | | |
| 4. 环境条件 | 温 度: 23.0 °C 大气压: / kPa | | 相对湿度: 55 % | |

注：检定结果仅对本次所检计量器具有效，证书未加盖检定专用章无效。

委托单号: 2300077

证书编号: 23000679414

检 定 结 果

- 1、外观的检查 ☒ 合格 ☐ 不合格
- 2、静态压力测量范围: ☒ 合格 ☐ 不合格

3、静态压力示值误差检定结果 单位: ☐ kPa ☒ mmHg

| 标准压力值 | 血压计静态压力示值 | 静态压力示值误差 |
|-------|-----------|----------|
| 0 | 0 | 0 |
| 50 | 51 | 1 |
| 100 | 101 | 1 |
| 150 | 151 | 1 |
| 200 | 201 | 1 |
| 260 | 261 | 1 |

4、血压示值重复性检定结果(示波法原理血压计检测项目) 单位: ☐ kPa ☒ mmHg

| 血压示值重复性 | | |
|---------|-----|---|
| 收缩压 | 150 | 0 |
| 舒张压 | 100 | 1 |

5、自动放气阀放气速率(听诊法原理血压计检定项目)

| | | |
|------|-------|--------|
| 检定结果 | / 合格: | / 不合格: |
|------|-------|--------|

6、气压系统气密性*

| | | |
|------|-------|--------|
| 检定结果 | / 合格: | / 不合格: |
|------|-------|--------|

注: 带*表示首次检定需检项目.

以下空白