



杭州市质量计量科学研究院



# 检定证书

证书编号： 24000921118 号

送检单位	树兰（杭州）医院有限公司
器具名称	红外耳温计
准确度等级	/
型号/规格	PRO 6000
出厂编号	16120k61701
制造单位	WELCH ALLYN, INC.
检定依据	JJG 1164-2019 《红外耳温计检定规程》
检定结论	合格

(检定专用章)

批准人 徐慧娟

核验员 徐慧娟

检定员 吴坤龙

检定日期 2024 年 12 月 03 日

有效期至 2025 年 12 月 02 日



计量检定机构授权证书号：(浙)法计(2023)33001号  
地址：杭州市上城区九环路50号 电话：0571-85372608  
备注：



24000921118

证书编号： 24000921118

1. 检定所使用的计量标准装置：				
计量标准名称	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	计量标准证书号	有效期至
红外耳温计检定装置	(35 ~42) °C	$U=0.03^{\circ}\text{C}, k=2$	[2021]浙量标杭证字第 010号	2026-01-17
2. 检定所使用的主要计量标准器具：				
名称及出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
标准铂电阻温度计 4442	(-189.3442~419.527) °C	二等	上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心 2023E11-20-4823015001	2025-10-09
3. 检定地点 本院301室				
4. 环境条件 温度： 24.4 °C 相对湿度： 44 % 大气压： / kPa				

注：检定结果仅对本次所检计量器具有效，证书未加盖检定专用章无效。

委托单号： 2411282556

证书编号: 24000921118

## 检 定 结 果

### 1.实验室误差检定结果

单位: °C

温度	实验室误差1	实验室误差2	实验室误差3	最大允许误差
35.0	-0.10	-0.10	-0.10	±0.2
37.0	-0.10	-0.10	-0.10	
41.5	-0.20	-0.20	-0.20	

### 2.其他项目检定结果

检定项目	检定结果
外观	符合要求
光学系统	符合要求
工作正常性	符合要求
模式提示功能	符合要求

说明:

- 1.检定时被检耳温计处于“测试模式”。
- 2.每次测量更换新的探头保护罩。

以下空白