

树兰（杭州）医院有限公司温湿度记录数据

2025-03-01 00:00---2025-03-31 23:59

设备_通道
232301948_温度1

最大值
-11.4℃

最小值
-59.8℃

平均值
-43.23℃

| 序号 | 仪器名称 | 类别 | SN | 记录时间 | 通道1 | 设备状态 | 超标原因 |
|----|-------------|----|-----------|--------------------|--------|------|------|
| 1 | 7-13（4-3实）备 | 冰箱 | 232301948 | 2025/3/12 9:34:00 | -59.8℃ | 超标 | |
| 2 | 7-13（4-3实）备 | 冰箱 | 232301948 | 2025/3/12 14:42:00 | -58.5℃ | 超标 | |
| 3 | 7-13（4-3实）备 | 冰箱 | 232301948 | 2025/3/26 17:00:00 | -11.4℃ | 超标 | |