

树兰（杭州）医院有限公司温湿度记录数据

2025-03-01 00:00---2025-03-31 23:59

设备\_通道  
232311011\_温度2

最大值  
8.9℃

最小值  
8.1℃

平均值  
8.49℃

序号	仪器名称	类别	SN	记录时间	通道1	设备状态	超标原因
1	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 16:10:00	8.2℃	超标	
2	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 16:12:00	8.5℃	超标	
3	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 16:14:00	8.7℃	超标	
4	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 16:15:00	8.8℃	超标	
5	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 16:16:00	8.9℃	超标	
6	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 16:18:00	8.2℃	超标	
7	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 16:30:00	8.4℃	超标	
8	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 16:32:00	8.7℃	超标	
9	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 16:34:00	8.7℃	超标	
10	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 16:35:00	8.3℃	超标	
11	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 16:46:00	8.4℃	超标	
12	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 16:48:00	8.6℃	超标	
13	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 17:00:00	8.3℃	超标	
14	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 17:02:00	8.7℃	超标	
15	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 17:04:00	8.4℃	超标	
16	7-14(2-4药)	冰箱	232311011	2025/3/27 17:05:00	8.1℃	超标	