

# 树兰（杭州）医院有限公司温湿度记录数据

2025-09-10 10:15---2025-09-10 10:20

设备\_通道  
242310259\_温度2

最大值  
8.1℃

最小值  
7.0℃

平均值  
7.7℃

序号	仪器名称	类别	SN	记录时间	通道1	设备状态	超标原因
1	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/9/10 10:15:00	8.0℃	正常	
2	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/9/10 10:16:00	8.1℃	超标	
3	7-4（2-1药）备	冰箱	242310259	2025/9/10 10:20:00	7.0℃	正常	