



杭州市质量计量科学研究院



# 检定证书

证书编号：25001033977 号

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 送检单位    | 树兰（杭州）医院有限公司                |
| 器具名称    | 动态（可移动）心电图机                 |
| 准确度等级   | /                           |
| 型号 / 规格 | CT-08                       |
| 出厂编号    | 00D82D2D                    |
| 制造单位    | 杭州百慧医疗设备有限公司                |
| 检定依据    | JJG 1042-2008 《动态（可移动）心电图机》 |
| 检定结论    | 合格                          |

(检定专用章)

批准人 邵磊

核验员 张凯

检定员 胡建光

检定日期 2025 年 07 月 14 日

有效期至 2026 年 07 月 13 日



计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2023）33001号  
地址：杭州市上城区九环路50号 电话：0571-85372608  
备注：



25001033977

证书编号: 25001033977

[illegible]

注：检定结果仅对本次所检计量器具有效，证书未加盖检定专用章无效。

委托单号: 2507146952

证书编号: 25001033977

检 定 结 果

| 检定项目       | 检定结果   |
|------------|--|
| 外观及工作正常性检查 | 符合要求   |
| 最大输入电压     | 6.2 mV ， 误差： 3.3 % 描记信号完整                                      |
| 最小描记灵敏阈    | 可分辨50μV的正弦波信号： 可视  |
| 灵敏度误差      | 各挡误差均小于： 1.3 %   |
| 定标电压       | / mV (仅限于模拟存储器型记录器)  |
| 频率响应       | <input type="checkbox"/> 0.5Hz~40Hz<br>幅度变化量： 100.0 % ~ 92.0 % |
| 过冲         | 1.5 %  |
| 滞后         | 偏移量： 0.2 mm  |
| 硬拷贝描记速度误差  | 0.0 %  |
| 共模抑制比      | 83.0 dB  |
| 系统噪声电平     | 最大值： 25.0 μV   |

以下空白