



杭州市质量计量科学研究院



检定证书

证书编号：25001033916 号

送检单位

树兰（杭州）医院有限公司

器具名称

动态（可移动）心电图机

准确度等级

/

型号 / 规格

CT-08

出厂编号

00D83134

制造单位

杭州百慧医疗设备有限公司

检定依据

JJG 1042-2008 《动态（可移动）心电图机》

检定结论

合格

批准人

邵磊

核验员

张凯

检定员

胡建

(检定专用章)

检定日期 2025 年 07 月 14 日

有效期至 2026 年 07 月 13 日



计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2023）33001号
地址：杭州市上城区九环路50号 电话：0571-85372608
备注：



25001033916

证书编号: 25001033916

1. 检定所使用的计量标准装置:				
计量标准名称	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	计量标准证书号	有效期至
动态心电图机检定装置	电压: 0.5mV ~ 1V 频率: 0.2 Hz ~ 100Hz	电压 MPE: $\pm 0.5\%$ 频率 MPE: $\pm 0.1\%$	[2021] 浙量标杭证字第 038 号	2026-04-08
2. 检定所使用的主要计量标准器具:				
名称及出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
心电图机心电监护 仪检定仪 8257	电压: 0.5mV~3V; 频率 : 0.2Hz~100Hz	电压MPE: $\pm 0.5\%$; 频率MPE : $\pm 0.1\%$	浙江省计量科学研究院 NJXD-20250150490	2026-01-09
3. 检定地点 委托单位现场1号楼02-057室				
4. 环境条件 温度: 25.0 °C 相对湿度: 55 % 大气压: / kPa				

注：检定结果仅对本次所检计量器具有效，证书未加盖检定专用章无效。

委托单号: 2507146952

证书编号: 25001033916

检 定 结 果

检定项目	检定结果
外观及工作正常性检查	符合要求
最大输入电压	6.2 mV ， 误差： 3.3 % 描记信号完整
最小描记灵敏阈	可分辨50μV的正弦波信号： 可视
灵敏度误差	各挡误差均小于： 0.0 %
定标电压	/ mV (仅限于模拟存储器型记录器)
频率响应	<input type="checkbox"/> 0.5Hz~40Hz 幅度变化量： 100.0 % ~ 95.0 %
过冲	1.0 %
滞后	偏移量： 0.3 mm
硬拷贝描记速度误差	0.0 %
共模抑制比	83.9 dB
系统噪声电平	最大值： 25.0 μV

以下空白