



杭州市质量计量科学研究院



检定证书

证书编号：25001033799 号

送检单位

树兰（杭州）医院有限公司

器具名称

动态（可移动）心电图机

准确度等级

/

型号 / 规格

CT-08

出厂编号

00F3327A

制造单位

杭州百慧医疗设备有限公司

检定依据

JJG 1042-2008 《动态（可移动）心电图机》

检定结论

合格

批准人

邵磊

核验员

张凯

检定员

胡建

(检定专用章)

检定日期 2025 年 07 月 14 日

有效期至 2026 年 07 月 13 日



计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2023）33001号
地址：杭州市上城区九环路50号 电话：0571-85372608
备注：



25001033799

证书编号: 25001033799

[illegible]

注：检定结果仅对本次所检计量器具有效，证书未加盖检定专用章无效。

委托单号: 2507146952

证书编号: 25001033799

检 定 结 果

| 检定项目 | 检定结果 |
|------------|--|
| 外观及工作正常性检查 | 符合要求 |
| 最大输入电压 | 6.3 mV ， 误差： 5.0 % 描记信号完整 |
| 最小描记灵敏阈 | 可分辨50μV的正弦波信号： 可视 |
| 灵敏度误差 | 各挡误差均小于： 0.0 % |
| 定标电压 | / mV (仅限于模拟存储器型记录器) |
| 频率响应 | <input type="checkbox"/> 0.5Hz~40Hz 幅度变化量： 100.0 % ~ 93.3 % |
| 过冲 | 0.0 % |
| 滞后 | 偏移量： 0.2 mm |
| 硬拷贝描记速度误差 | 0.0 % |
| 共模抑制比 | 82.2 dB |
| 系统噪声电平 | 最大值： 25.0 μV |

以下空白