



杭州市质量计量科学研究院



检定证书

证书编号：25001034367 号

送检单位

树兰（杭州）医院有限公司

器具名称

动态（可移动）心电图机

准确度等级

/

型号 / 规格

CT-08

出厂编号

00F3426E

制造单位

杭州百慧医疗设备有限公司

检定依据

JJG 1042-2008 《动态（可移动）心电图机》

检定结论

合格

批准人

邵磊

核验员

张凯

检定员

朱卓玲

(检定专用章)

检定日期 2025 年 07 月 15 日

有效期至 2026 年 07 月 14 日



计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2023）33001号

地址：杭州市上城区九环路50号

电话：0571-85372608

备注：



25001034367

证书编号: 25001034367

[illegible]

注：检定结果仅对本次所检计量器具有效，证书未加盖检定专用章无效。

委托单号: 2507146952

证书编号: 25001034367

检 定 结 果

检定项目	检定结果
外观及工作正常性检查	符合要求
最大输入电压	6.0 mV ， 误差： 0.0 % 描记信号完整
最小描记灵敏阈	可分辨50μV的正弦波信号： 可视
灵敏度误差	各挡误差均小于： -0.3 %
定标电压	/ mV (仅限于模拟存储器型记录器)
频率响应	<input type="checkbox"/> 0.5Hz~40Hz 幅度变化量： 100.0 % ~ 90.0 %
过冲	2.5 %
滞后	偏移量： 0.2 mm
硬拷贝描记速度误差	0.0 %
共模抑制比	91.0 dB
系统噪声电平	最大值： 25.0 μV

以下空白