



杭州市质量计量科学研究院



检定证书

证书编号：26001137290 号

送检单位

树兰（杭州）医院有限公司

器具名称

红外耳温计

准确度等级

/

型号 / 规格

PRO 6000

出厂编号

02123k56005

制造单位

Welch Allyn, Inc.

检定依据

JJG 1164-2019 《红外耳温计检定规程》

检定结论

合格

批准人

徐慧娟

核验员

徐慧娟

检定员

鲍慧卉

(检定专用章)

检定日期 2026 年 03 月 25 日

有效期至 2027 年 03 月 24 日



计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2023）33001号

地址：杭州市上城区九环路50号

电话：0571-85372608

备注：



26001137290

证书编号: 26001137290

[illegible]

注：检定结果仅对本次所检计量器具有效，证书未加盖检定专用章无效。

委托单号: 2603162655

证书编号: 26001137290

检 定 结 果

1.实验室误差检定结果 单位: °C

温度	实验室误差1	实验室误差2	实验室误差3	最大允许误差
35.0	-0.10	-0.10	-0.10	±0.2
37.0	-0.10	-0.10	-0.10	
41.5	-0.20	-0.20	-0.20	

2.其他项目检定结果

检定项目	检定结果
外观	符合要求
光学系统	符合要求
工作正常性	符合要求
模式提示功能	符合要求

说明:

- 1.检定时被检耳温计处于“测试模式”。
- 2.每次测量更换新的探头保护罩。

以下空白