



杭州博度计量科技有限公司

Hangzhou Bodu Metrology Technologies Co., Ltd.



校准证书

Calibration Certificate



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L11593

证书编号: BD022603020010

Certificate No.

委托单位: 树兰(杭州)医院有限公司
Customer
单位地址: 杭州市拱墅区东新路848号
Address of Customer
器具名称: 温湿度记录仪
Name of Instrument
型号规格: G9-TH
Model/Type
器具编号: 242310257
No. of Instrument
制造单位: 杭州路格科技有限公司
Manufacturer

受理日期: 2026年02月27日 校准日期: 2026年03月02日
Rec. Date Cal. Date

批准日期: 2026年03月03日
App. Date

校准人员: 陈蕊
Calibrated by

核验人员: 沈佳佳
Checked by

批准人员: 孙杨
Approved by

发证单位(专用章)
Issued by (Stamp)



公司地址: 杭州市拱墅区费家塘路 588 号 5 幢 4 层
Address: 4th floor, Building 5, No. 588, Fei jia tang Rd, Hangzhou

电话(Tel.): 0571-56113806
邮编(Postcode): 310022

一、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号：No. CNAS L11593

CNAS certificate of laboratory accreditation No. CNAS L11593

二、计量校准机构备案证书号：（2018）浙量校（杭）S001 号

Record certificate No. （2018）浙量校（杭）S001 号

三、校准所依据的技术文件（代号、名称）：

Reference documents for the calibration (code、name)

JJF1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》

四、校准地点及环境条件：

Location and Ambient Environment

地点（Location）：

本公司432室

其他（Others）： /

温度（Ambient temperature）：

20~23 °C

相对湿度（RH）：

52~58 %

五、本次校准所使用的主要计量标准器具：

Main measurement standards used in this calibration

名称 Name	测量范围 Measure Range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or MPE	溯源机构/证书编号 Traceability Organization /Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
高精度数字温度计	(-80~300)°C	MPE: ±0.05°C	杭州博度计量科技有限公司 BD022508030001标准器溯源至浙江省计量科学研究院	2026-08-02
精密露点仪 (湿度)	露点：(0~20)°CDP	二级	上海市计量测试技术研究院 2025E13-20-5922137 001	2026-05-28

注(Statement)：

- 1、未经本机构批准授权，不得部分采用本证书。Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by this lab.
- 2、本证书的校准结果仅对当时所校样品有效。The results of this certificate are only responsible for the item calibrated.
- 3、本证书未加盖校准专用章无效。The certificate is invalid without official stamp.

六、 校准结果/说明
Results of calibration and additional explanation

温度 /℃ Temperature	标准示值 Standard value	10.01	20.10	30.13
	修正值 Correction	0.1	0.4	0.4
湿度 (20℃时) /%RH Humidity	标准示值 Standard value	40.3	60.1	80.0
	修正值 Correction	-2.3	0.3	1.9

测量结果的扩展不确定度
Extended uncertainties of a measurement result
温度偏差测量结果扩展不确定度： $U=0.3^{\circ}\text{C}$ ， $k=2$ ；
湿度偏差测量结果扩展不确定度： $U=1.8\%\text{RH}$ ， $k=2$ 。

—— 以下空白 ——
Blank below

备注：
1.本证书中给出的扩展不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定，由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到。
2.根据客户要求或校准文件的规定，建议下次校准/检测日期:2027-03-01。